

intraossärer Zugang (i.o.)

- intraossaererzugang.pdf
 - Teleflex Unterlagen
- <https://www.teleflex.com/usa/en/clinical-resources/ez-io/index>
 - arbeitsblatt_24_i.o.-zugang.pdf
- Oberarm
 - 3x 45 Grad-Winkel (Richtung gegenüberliegendem Hüftknochen)
 - keine Aspiration notwendig
 - mit 10ml Kochsalz spülen
 - gelbe Nadel verwenden
- Säugling dist. Femur
 - Bein Schienen, keine Bewegung mehr im Knie !!!
 - rosa oft zu kurz, blaue Nadel verwenden
 - medial, 2cm über Partella-Oberkante
 - Pflaster nicht zirkulär kleben, ggf. einkürzen
- Bohrerausfall
 - re/li -drehen der Nadel mit der Hand bis Nadel drin
 - höheres Risiko durch unsauberes Bohrloch austritt (Gefahr Kompartiment)

C

From:
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:
https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:intraossaerer_zugang_i.o&rev=1735482383

Last update: 2024/12/29 15:26

