

# intraossärer Zugang (i.o.)

- intraossaererzugang.pdf
  - Teleflex Unterlagen
- <https://www.teleflex.com/usa/en/clinical-resources/ez-io/index>
  - arbeitsblatt\_24\_i.o.-zugang.pdf
- Oberarm
  - 3x 45 Grad-Winkel (Richtung gegenüberliegendem Hüftknochen)
  - keine Aspiration notwendig
  - mit 10ml Kochsalz spülen
  - gelbe Nadel verwenden
- Säugling dist. Femur
  - Bein Schienen, keine Bewegung mehr im Knie !!!
  - rosa oft zu kurz, blaue Nadel verwenden
  - medial, 2cm über Partella-Oberkante
  - Pflaster nicht zirkulär kleben, ggf. einkürzen
- Bohreranfall
  - re/li -drehen der Nadel mit der Hand bis Nadel drin
  - höheres Risiko durch unsauberes Bohrloch austritt (Gefahr Kompartment)

C

From:  
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:  
[https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:intraossaerer\\_zugang\\_i.o&rev=1735482383](https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:intraossaerer_zugang_i.o&rev=1735482383)

Last update: 2024/12/29 15:26

