

Temperaturmessung

- Die Braun Thermoscan Pro 6000 dürfen nicht mit den OxyWipes desinfiziert werden. Eine Desinfektion der Messspitze erfolgt ausschließlich in der Medizintechnik. Das Gehäuse darf mit Oxywipes desinfiziert werden.
- Normal bis 37,5°C
- erhöht bis 37,7°C
- leichte Fieber bis 38,8°C
- hohes Fieber bis 39,9°C
- sehr hohes Fieber ab 40°C

E

From:

<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:

<https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:temperaturmessung>

Last update: **2024/05/27 11:13**

