

# Thermometer

- Die Braun Thermoscan Pro 6000 dürfen nicht mit den OxyWipes desinfiziert werden. Eine Desinfektion der Messspitze erfolgt ausschließlich in der Medizintechnik. Das Gehäuse darf mit Oxywipes desinfiziert werden.

E

From:

<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:

<https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:temperaturmessung&rev=1716801072>

Last update: **2024/05/27 11:11**

